


●● risa R



- 2.4 GHz Wireless-Technology
  - 10k HD Sound
  - Scene Detect (2 situaciones)
  - easyClick
  - Automatic Sound Zoom
  - Sound Zoom
  - Omni Mic
  - Adaptive Noise Guard (2 etapas)
  - Expansión
  - Wind Shield (in Scene Detect)
  - Adaptive Feedback Guard
  - Feedback Check
  - 12 Canales DRC
  - Multi Channel MPO
  - Max. 4 programas
  - Conmutador balancín (Rocker switch)
  - Alarma de pila baja
  - Encendido retardado
  - Tinnitus-módulo
  - Data Logging
  - Live View
  - MySound!
  - Capa repelente al agua
- Accesorios:**
- audifon App
  - multistreamer pro
  - Receptor externo S-M-P
  - Uni Tip Soundshell
  - Uni Tip Domes
  - clip concha
  - filtro anticerumen



- 1 Receptor
- 2 Entradas de sonido de micrófono
- 3 Interruptor tipo balancín
- 4 Compartimento de pila/  
Encendido/Apagado
- 5 Marcador lateral en el auricular  
(Rojo - Derecho / Azul - Izquierda)

Noahlink®  
Wireless



**Progración**

a través de NOAHlink Wireless con  
batería Programación alternativa con  
cable CS44 sin batería

Prog.-Box: NOAHlink Wireless  
NOAHlink  
HI-PRO  
HI-PRO USB



●● risa R

**Datos técnicos**

**EN 60118-0:2015 (Acoplador 2 cm<sup>3</sup>) & ANSI S3.22-2014 (Acoplador 2 cm<sup>3</sup>)**

	<b>Unidad auricular S</b>	<b>Unidad auricular M</b>	<b>Unidad auricular P</b>
<b>Voltaje de funcionamiento</b>	1,30 V	1,30 V	1,30 V
<b>Ganancia acústica (50 dB SPL)</b>			
HFA	38 dB	54 dB	64 dB
Valor pico	45 dB	56 dB	67 dB
<b>Saturación de salida (90 dB SPL)</b>			
HFA	106 dB SPL	115 dB SPL	120 dB SPL
Valor pico	111 dB SPL	117 dB SPL	122 dB SPL
<b>Referencia de prueba de ganancia</b>	29 dB	38 dB	44 dB
<b>Rango de frecuencia</b>	100 Hz–9400 Hz	100 Hz–9100 Hz	100 Hz–7700 Hz
<b>Distorsión armónica total</b>			
500/800/1600/3200 Hz	2/2/1/1 %	1/2/1/1 %	2/2/1/1 %
<b>Nivel de ruido de ingreso</b>	26 dB	22 dB	21 dB
<b>Corriente de pila</b>	1,43 mA	1,59 mA	1,73 mA
<b>Tipo de pila</b>	312	312	312
<b>Rendimiento promedio de pila</b>	100 h	90 h	80 h
<b>Rendimiento promedio with Wireless<sup>1</sup></b>	70 h	65 h	60 h
<b>Enmascarador de tinnitus<sup>2</sup></b>			
Nivel de ruido (RMS)	101 dB	108 dB	109 dB
Rango de frecuencia	100 Hz–8000 Hz	100 Hz–8000 Hz	100 Hz–6400 Hz


<sup>1</sup> a las 2h de uso diario de funcionalidades de streaming.

<sup>2</sup> Sólo cuando se activa el modulo de tinnitus en audifit.




●● **risa R** (Unidad auricular S)

**Rango de adaptación**



El área sombreada corresponde a risa R con adaptación abierta y tubo fino.


**Ruido en la banda tres octavos**




El generador de ruido sólo se activa en el módulo de tinnitus de audifit.

Estas curvas están medidas con el simulador de oído (EN 60318-0:2015) en condiciones de medición.


**Nivel de saturación/salida máxima**



**Ganancia**




**Referencia de prueba de ganancia (RTC)**



Debido al procesamiento complejo de señales, las mediciones de las curvas presentadas arriba son posibles sólo en una configuración estándar del aparato y con el software actual. Para ver variaciones de otros parámetros se recomienda hacer pruebas con el software.


●● risa R (Unidad auricular M)

Rango de adaptación



El área sombreada corresponde a risa R con adaptación abierta y tubo fino.


Ruido en la banda tres octavos




El generador de ruido sólo se activa en el módulo de tinnitus de audifit.

Estas curvas están medidas con el simulador de oído (EN 60318-0:2015) en condiciones de medición.


Nivel de saturación/salida máxima



Ganancia




Referencia de prueba de ganancia (RTC)



Debido al procesamiento complejo de señales, las mediciones de las curvas presentadas arriba son posibles sólo en una configuración estándar del aparato y con el software actual. Para ver variaciones de otros parámetros se recomienda hacer pruebas con el software.


●● **risa R** (Unidad auricular P)

**Rango de adaptación**



El área sombreada corresponde a risa R con adaptación abierta y tubo fino.


**Ruido en la banda tres octavos**




El generador de ruido sólo se activa en el módulo de tinnitus de audifit.

Estas curvas están medidas con el simulador de oído (EN 60318-0:2015) en condiciones de medición.


**Nivel de saturación/salida máxima**



**Ganancia**



**Referencia de prueba de ganancia (RTC)**



Debido al procesamiento complejo de señales, las mediciones de las curvas presentadas arriba son posibles sólo en una configuración estándar del aparato y con el software actual. Para ver variaciones de otros parámetros se recomienda hacer pruebas con el software.